

遂宁市中医院

关于“追溯标签”的采购会议通知

一、名称：

1、追溯系统标签（要求详见附件1）

二、参加会议必备条件：

（一） 一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本、组织机构代码复印件并加盖单位鲜章）；

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

三、采购方式：

依据《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律法规。根据报名公司的数量，采用比选议价采购方式进行采购。所有产品至少进行两次价格谈判。

四、资料的准备：

请公司根据所提供的产品的特点，按照“政府采购投标文件模板”制作并装订成册，资料内含第一次报价。请投标供应商提供所投产品2017年9月1日后销售相关资料，同时现场提供所投产品的样品。

五、报名方式及截止时间：

请于2018年4月24日下午5时前，将报名信息发送到QQ邮箱：2144661502@qq.com

六、采购会议时间：

2018年4月25日上午9点。

联系人：高老师、吕老师 咨询电话：0825-2255817

七、地点：遂宁市中医院天峰街7楼第二会议室。

遂宁市中医院采购科

2018年4月19日



供应室信息追溯系统及碳带标签要求

适用标签打印机机型：斑马 ZEBRA 型号：GT820

1、标签类型适用于

高压蒸汽灭菌：合成纸、单层、带灭菌指示剂（必须）

低温环氧乙烷灭菌：合成纸、单层、不带灭菌指示剂

2、标签大小、条码：

高压蒸汽灭菌：77*50mm，至少两段条码模切（必须）；

低温环氧乙烷灭菌：77*50mm，至少两段模切（必须）

3、标签有韧性，不易撕烂

4、碳带：全树脂碳带，9cm*300m，打印标签经灭菌后不脱墨。

