

骨钻

型号说明

型 号	主要组成内容
RJ-PD	主机、充电器、电池

主要技术性能指标:

主 机	输出功率	130W
	温 升	$\leq 25^{\circ}\text{C}$
充 电 器	输入电压	交流 110-220V, 50-60Hz
充电电池	电 压	14.4V
	电池容量	1800 毫安
	电池属性	环保镍氢电池
	充电时间	2 小时左右

技术数据:

空载转速	0-1200 转/分
空载噪声	$\leq 65\text{dB (A)}$
径向跳动	$\leq 0.1\text{mm}$
额定扭矩	3.5N.m
冲击扭矩	8N.m
夹持范围	0.8-8mm

空心钻

型号说明

型 号	主要组成内容
RJ-PD	主机、充电器、电池

主要技术性能指标:

主 机	输出功率	130W
	温 升	$\leq 25^{\circ}\text{C}$
充 电 器	输入电压	交流 110-220V, 50-60Hz
充电电池	电 压	14.4V
	电池容量	1800 毫安
	电池属性	环保镍氢电池
	充电时间	2 小时左右

技术数据:

空载转速	0-1100 转/分
空载噪声	$\leq 65\text{dB (A)}$
径向跳动	$\leq 0.15\text{mm}$
额定扭矩	4N.m
冲击扭矩	8N.m
夹持范围	0.8-8mm
空心直径	$\leq 4.2\text{mm}$

QB-1 型 腔镜灌注泵 —— 技术参数

压力设定范围：20mmHg~400mmHg (2~53.3Kpa)

压力调节步长：1mmHg (0.1Kpa)

流量设定范围：0.1~1.0L/min

流量调节步长：0.1 L/min

设备安全分类型：1 类 B 型

电源：交流 220V $\pm 10\%$ ； 50Hz $\pm 1\text{Hz}$

额定功率：100W

噪声： $\leq 50\text{dB(A)}$

运行方式：间歇加载连续运行，持续液体灌注

液晶屏动态显示实际压力、实际流量、设定压力等功能数据

设有压力值切换按键，根据医生使用习惯，可在 Kpa 和 mmHg 之间切换

根据压力和流量设定值的不同，可分别适用于泌尿科（输尿管镜、经皮肾镜）、妇科（宫腔镜）、骨科（关节镜、椎间孔镜）等手术。

腔镜灌注泵具有记忆能力，开机显示上次设定的压力和流量值